

Gebrauchsanweisung	Instructions for Use
de	Instructions for Use
en	Notice d'utilisation
fr	Gebrauchsanweisung
nl	Instrucciones de uso
es	Istruzioni per l'uso
it	Instruções de uso
pt	Rukovodstvo po ekspluatatsii
ru	Brugsanvisning
da	Brugsanvisning
no	Kayttoohje
sv	Kayttoohje
fi	

de - Gebrauchsanweisung	
VORSICHT	
Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des jeweiligen Dräger Gasmessgerätes. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes sowie der allgemeinen Gebrauchsanweisung 90 23 657 voraus.	
1 Verwendungszweck	Zum Einsatz in Dräger Gasmessgeräten. Zur Überwachung der CO (Kohlenstoffmonoxid)-Konzentration in der Umgebungsluft.
Messbereich	0 bis 10000 ppm CO
Ansprézeit, $t_{0..90}$	≤ 25 Sekunden bei 20 °C
Messgenauigkeit	$\pm 2\%$ des Messwertes
Empfindlichkeit	± 5 ppm/Jahr
Langzeitsdrift bei 20 °C	$\pm 1\%$ des Messwertes/Monat
Nulpunkt	≤ 5 Minuten
Empfindlichkeit	
Einlaufzeit	
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	-40 bis 50 °C
Feuchte	10 bis 90 % r.F.
Druck	700 bis 1300 hPa
Temperatureinfluss	
Nulpunkt	kein Einfluss
Empfindlichkeit	$\pm 0,3\%$ des Messwertes/K
Feuchteinfluss	kein Einfluss
Nulpunkt	$\pm 0,02\%$ des Messwertes/% r.F.
Empfindlichkeit	
Kalibriergas	CO
Prüfgasampullen	100 ppm CO (5 Stück), Bestell-Nr. 68 07 920 300 ppm CO (5 Stück), Bestell-Nr. 68 07 921
Prüfgasflasche (58 L) 250 ppm CO, Bestell-Nr. 68 11 354	
Erwartete Sensorlebensdauer	>2 Jahre
Weitere Informationen	Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung 90 23 657 und unter www.draeger.com oder auf Anforderung von der zuständigen Dräger Vertretung.
Selektivfilter	Innerer Selektivfilter ist serienmäßig im Sensor vorhanden. Querempfindlichkeiten durch Begleitgase wie Alkohole, saure Gase (H_2S , SO_2) werden weitestgehend bestätigt. Filterstandzeit: ca. 5000 ppm x Stunden des Begleitgases. Beispiel: Bei Konzentrationen von 10 ppm H_2S folgt: Nutzungszeit = 5000 ppm x Stunden / 10 ppm = 500 Stunden.

90 33 075 - GA 468845/MUL135
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560 Lübeck, Germany
Tel: +49 451 8 82 - 20 80
Fax: +49 451 8 82 - 20 80
www.draeger.com
© Dräger Safety AG & Co. KGaA
Edition 04-01 (2012)
(01-04-2005)
Subject to alteration

Querempfindlichkeiten

Gas/Dampf	Chem. Symbol	Konzentration	Anzeige in ppm CO
Ammoniak	NH ₃	100 ppm	kein Einfluss
Chlor	Cl ₂	20 ppm	kein Einfluss
Chlornasserstoff	HCl	40 ppm	kein Einfluss
Cyanwasserstoff	HCN	50 ppm	kein Einfluss
Ethanol	C ₂ H ₅ OH	250 ppm	kein Einfluss
Ethin	C ₂ H ₂	100 ppm	≤ 200
Kohlendioxid	CO ₂	30 vol.-%	kein Einfluss
Methan	CH ₄	5 vol.-%	kein Einfluss
Propan	C ₃ H ₈	100 ppm	≤ 200
Schwefelkohlenstoff	CS ₂	25 ppm	kein Einfluss
Schwefeldioxid	SO ₂	25 ppm	kein Einfluss
Schwefelwasserstoff	H ₂ S	30 ppm	kein Einfluss
Stickstoffdioxid	NO ₂	20 ppm	kein Einfluss
Stickstoffmonoxid	NO	30 ppm	≤ 5
Wasserstoff	H ₂	0,1 vol.-%	≤ 350

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richtgrößen und gelten für neue Sensoren. Die angegebenen Werte können um $\pm 30\%$ schwanken. Der Sensor kann auch auf andere Gase empfindlich sein (Daten auf Anforderung von Dräger). Gasgemische können als Summe angezeigt werden. Gase mit negativer Empfindlichkeit können eine positive Anzeige von CO aufheben. Es sollte geprüft werden, ob Gasgemische vorliegen.

VORSICHT

Gesundheitsgefahr. Prüfgas nicht einatmen. Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenblätter sowie Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes strikt beachten! Für die Festlegung der Kalibrierintervalle länderspezifische Bestimmungen beachten.

CAUTION

These Instructions for Use are a supplement to the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor. Any use of the sensor requires full understanding and strict observation of the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor and the general Instructions for Use 90 23 657.

1 Intended use

For use in Dräger gas monitors – to monitor the CO (carbon monoxide) concentration in ambient air.

Measuring range

0 to 10000 ppm CO
 ≤ 25 seconds at 20 °C (68 °F)

Response time, $t_{0..90}$

$\leq 2\%$ of measured value

Sensitivity

≤ 5 ppm/year

Long-term drift, at 20 °C (68 °F)

$\leq 1\%$ of measured value/month
 ≤ 5 minutes

Duration of use

≤ 2 years

Effect of temperature

no effect

Sensitivity

$\leq 0,3\%$ of measured value/K

Effect of humidity

no effect

Sensitivity

$\leq 0,02\%$ of measured value/% r.h.

Calibration gas

Test gas ampoule
100 ppm CO (pack of 5), Order No. 68 07 920
300 ppm CO (pack of 5), Order No. 68 07 921

Testgas nonrefillable (58 L) 250 ppm CO, Order No. 68 11 354

Sensor life

>2 years

2 Additional information

See general instructions for use 90 23 657 or Internet at www.draeger.com or on request from your Dräger dealer.

3 Selective filter

Internal selective filter is provided as standard. The selective filter reduces cross sensitivities caused by contaminant gases, e.g. alcohols, acid gases (H_2S , SO_2)

Service life: appr. 5000 ppm x hours of contaminant gases.

Example: Given concentration of 10 ppm H_2S will be:

Service life = 5000 ppm x hours / 10 ppm = 500 hours.

4 Cross sensitivities

Gas/vapour	Formule Chimique	Concentration	Affich. en ppm CO
Acétylène	C ₂ H ₂	100 ppm	≤ 200
Acide chlorhydrique	HCl	40 ppm	pas d'influence
Acide cyanhydrique	HCN	50 ppm	pas d'influence
Ammoniac	NH ₃	100 ppm	pas d'influence
Bioxyde d'azote	NO ₂	20 ppm	pas d'influence
Chlore	Cl ₂	20 ppm	pas d'influence
Dioxyde de carbone	CO ₂	30 vol.-%	pas d'influence
Dioxyde de soufre	SO ₂	25 ppm	pas d'influence
Ethanol	C ₂ H ₅ OH	250 ppm	pas d'influence
Hydrogène	H ₂	0,1 vol.-%	≤ 350
Hydrogène sulfuré	H ₂ S	30 ppm	pas d'influence
Méthane	CH ₄	5 vol.-%	pas d'influence
Monoxyde d'azote	NO	30 ppm	≤ 5
Propane	C ₃ H ₈	1 vol.-%	pas d'influence

Les valeurs mentionnées dans le tableau sont indicatives et sont valables pour des capteurs neufs. Ces valeurs sont susceptibles de varier de $\pm 30\%$. Le capteur peut également être sensible à d'autres gaz (ces informations vous seront adressées sur demande par Dräger). Les mélanges de gaz peuvent cumuler leurs influences respectives. Les gaz à sensibilité négative peuvent influencer une indication positive de CO. Vérifier la présence éventuelle de mélanges de gaz.

ATTENTION

Risque sanitaire. Ne jamais inhalar le gaz de contrôle. Observer scrupuleusement les indications de danger de la fiche de données de sécurité correspondante ainsi que le mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé.

Pour la détermination des intervalles d'établissement, respecter les directives nationales en vigueur.

The values given in the table are standard and apply to new sensors. The values may fluctuate by $\pm 30\%$. The sensor may also be sensitive to other gases (for information contact Dräger). Gas mixtures can be displayed as the sum of all components. Gases with negative sensitivity may displace a positive display of CO. A check should be carried out to see if mixtures of gases are present.

CAUTION

Risk to health. Test gas must not be inhaled. Observe the hazard warnings of the relevant Safety Data Sheets and the Instructions for Use of the Dräger gas monitor in use! Observe the national regulations for the required calibration intervals.

fr - Notice d'utilisation

ATTENTION

Le présent mode d'emploi est un complément au mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé. Toute manipulation du capteur presuppose la connaissance et l'observation exactes du mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé et du mode d'emploi général 90 23 657.

1 Champ d'application

Pour une utilisation avec les appareils Dräger de surveillance de la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant.

CAUTION

Le présent mode d'emploi est un complément au mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé. Toute manipulation du capteur presuppose la connaissance et l'observation exactes du mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé et du mode d'emploi général 90 23 657.

CAUTION

These Instructions for Use are a supplement to the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor. Any use of the sensor requires full understanding and strict observation of the Instructions for Use of the respective Dräger gas monitor and the general Instructions for Use 90 23 657.

1 Intended use

For use in Dräger gas monitors – to monitor the CO (carbon monoxide) concentration in ambient air.

Measuring range

0 to 10000 ppm CO
 ≤ 25 seconds at 20 °C (68 °F)

Response time, $t_{0..90}$

$\leq 2\%$ of measured value

Sensitivity

≤ 5 ppm/year

Long-term drift, at 20 °C (68 °F)

pt - Instruções de uso

CUIDADO

Estas instruções de utilização servem de complemento ao respectivo aparelho de medição de gás Dräger. Qualquer utilização do sensor pressupõe o conhecimento preciso e o respeito das instruções de utilização do aparelho de medição de gás da Dräger utilizado, bem como das instruções gerais 90 23 657.

1 Finalidade

Para a utilização em aparelhos de medição de gás Dräger. Para o controlo da concentração de CO (monóxido de carbono) no ar ambiente.

Área de medição 0 a 10000 ppm CO

Tempo de resposta, t_{90} ≤25 segundos a 20 °C

Precisão de medição Sensibilidade ≤±2 % do valor de medição

Deriva de longa duração a 20 °C ≤±5 ppm/Ano

Ponto zero 10 a 90 % h.rel.

Sensibilidade ≤5 minutos

Tempo de ligação

Condições ambientais Temperatura -40 a 50 °C

Humidade 10 a 90 % r.h.

Pressão 700 a 1300 hPa

Influência da temperatura Ponto zero sem influência

Sensibilidade ≤±0,3 % do valor de medição/K

Influência da humidade Ponto zero sem influência

Sensibilidade ≤±0,02 % do valor de medição/% h.rel.

Gás de calibragem CO

Ampolas de gás de ensaio 100 ppm CO (5 unidades), N.º de encomenda 68 07 920

300 ppm CO (5 unidades), N.º de encomenda 68 07 921

Garrafa de gás de ensaio (58 l) 250 ppm CO, N.º de encomenda 68 11 354

Vida útil esperada do sensor >2 anos

2 Outras informações

Consultar as instruções de uso gerais 90 23 657 e o site www.draeger.com ou pedir ao representante competente da Dräger.

3 Filtro Selectivo

O filtro selectivo interno está montado de série no sensor. As sensibilidades transversais são eliminadas consideravelmente através dos gases associados como ácidos, gases ácidos (H_2S , SO_2).

Tempo de funcionamento do filtro: aprox. 5000 ppm x horas do gás associado.

Exemplo: no caso de concentrações de 10 ppm H_2S segue-se:
um tempo de utilização = 5000 ppm x horas / 10 ppm = 500 horas.

4 Sensibilidades transversais

Gás/vapor Símbolo químico Concentração Indicação em ppm CO

Amoníaco NH_3 100 ppm sem influência

Bioxido de enxofre SO_2 25 ppm sem influência

Cianeto de hidrogénio HCN 50 ppm sem influência

Cloro de hidrogénio HCl 40 ppm sem influência

Cloro Cl_2 20 ppm sem influência

Dióxido de carbono CO_2 30 vol.-% sem influência

Dióxido de nitrogénio NO_2 20 ppm sem influência

Etanol C_2H_5OH 250 ppm sem influência

Etileno C_2H_2 100 ppm ≤200

Hidrogénio H_2 0,1 vol.-% ≤350

Metano CH_4 5 vol.-% sem influência

Monóxido de nitrogénio NO 30 ppm ≤5

Propano C_3H_8 1 vol.-% sem influência

Sulfureto de hidrogénio H_2S 30 ppm sem influência

Os valores indicados na tabela são valores de referência e aplicam-se a sensores novos. Os valores indicados podem oscilar em cerca de ±30 %. O sensor também pode ser sensível a outros gases (pedir dados à Dräger). As misturas de gases podem ser indicadas como soma de todos os componentes. Os gases com uma sensibilidade negativa podem anular uma indicação positiva de CO. Deve verificar-se se existem misturas de gases.

CUIDADO

Perigo para a saúde. Não inale o gás de ensaio. Observe rigorosamente as indicações de perigo referidas nas fichas de dados de segurança correspondentes, bem como as instruções de utilização do aparelho de medição de gases Dräger! Para a determinação dos intervalos de calibragem deverão ser observados os respectivos regulamentos nacionais.

DrägerSensor é uma marca da Dräger registada na Alemanha.

ru - Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ

Данные инструкции по эксплуатации являются дополнением к Руководству по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger. При любом использовании сенсора необходимо полностью понимать и строго соблюдать Руководство по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger, а также общего Руководства по эксплуатации 90 23 657.

1 Назначение

Для использования в газоизмерительных приборах фирмы Dräger. Для контроля концентрации CO (оксида углерода) в окружающем воздухе.

Диапазон измерения

Время отклика, t_{90}

Погрешность

Чувствительность

Долговременный дрейф при 20 °C

Рабочие условия окружающей среды

Влажность

Давление

Влияние температуры

Чувствительность

Баллон с калибровочным газом (58 л) 250 ppm CO, Код заказа 68 11 354

Ожидаемый срок службы сенсора >2 лет

2 Дальнейшая информация

см. общее руководство по эксплуатации 90 23 657 и сайт www.draeger.com, или запросите у вашего дилера Dräger Safety

3 Селективный фильтр

Сенсоры имеют внутренний селективный фильтр.

В стандартную поставку сенсора входит внутренний селективный фильтр.

Селективный фильтр устраняет перекрестную чувствительность к загрязняющим газам, например, алкоголь и кислым газам (H_2S , SO_2).

Время жизни фильтра: примерно 5000 ppm x часов загрязняющего газа.

4 Стандартные значения

Пример: При концентрации 10 ppm H_2S :

срок службы 5000 ppm x часов / 10 ppm = 500 часов.

5 Переходная чувствительность

Сенсоры могут показывать чувствительность к другим газам.

Газовые смеси можно рассматривать как сумму всех компонент. Газы с отрицательной переходной чувствительностью могут уменьшать показания сенсора CO. Следует выполнить проверку наличия газов.

6 Внимание

Опасность для здоровья. Не вдыхайте тестовый газ. Соблюдайте инструкции по технике безопасности и требования Руководства по эксплуатации используемого газоизмерительного прибора фирмы Dräger! Соблюдайте государственные нормативы по интервалам между калибровками.

ВНИМАНИЕ

Опасность для здоровья. Не вдыхайте тестовый газ. Соблюдайте инструкции по технике безопасности и требования Руководства по эксплуатации используемого газоизмерительного прибора фирмы Dräger! Соблюдайте государственные нормативы по интервалам между калибровками.

da - Brugsanvisning

FORSIGTIG

Denne brugsanvisning er en supplering til brugsanvisningen for det pågældende Dräger gasmåleapparatet. Enhver håndtering af sensoren forudsætter at nøje kendskab og hensyntagen til brugsanvisningen for det anvendte Dräger gasmåleapparat kjenner og følges nøje, samt til den generelle brugsanvisning 90 23 657.

1 Anvendelse

Til bruk i Dräger gasmåleapparater. Til overvågning av CO (kulmonoxid)-konzentrasjonen i den omgivende luft.

Måleområde

Reaktionstid, t_{90}

Målenøjagtighed

Følsomhed

Længstidsdrift ved 20 °C

Nulpunkt

Sensitivitet

Langtidsdrift ved 20 °C

Nulpunkt

Sensitivitet

Indkørselstid

Omgivelsesbetingelser

Temperatur

Luftfugtighed

Tryk

Temperaturpåvirkning

Nulpunkt

Følsomhed

Fugtpåvirkning

Nulpunkt

Følsomhed

Kalibreringsgas

Prøvegasampler

100 ppm CO (5 stk.), bestillingsnr. 68 07 920

300 ppm CO (5 stk.), bestillingsnr. 68 07 921

Prøvegasflaske (58 l) 250 ppm CO, bestillingsnr. 68 11 354

Sensorens forventede levetid >2 år

2 Yderligere informationer

Se generell brugsanvisning 90 23 657 og på www.draeger.com eller kontakt den lokale Dräger-importør.

3 Selektivfilter

Sensoren har en intern selektivfilter som standard. Tøverfølsomheder på grund af følgegasser som alkohol og sure gasser (H_2S , SO_2) fjernes i videst mulig omfang.

Filtersetningsstid: ca. 5000 ppm x timer af følgegassen.

Eksempel: Ved koncentrationser på 10 ppm H_2S følger altså:

Brukstid = 5000 ppm x timer / 10 ppm = 500 timer.

4 Tøverfølsomheder

Primer: При концентрации 10 ppm H_2S :

срок службы 5000 ppm x часов / 10 ppm = 500 часов.

5 Переходная чувствительность

Сенсоры могут показывать чувствительность к другим газам.

Газовые смеси можно рассматривать как сумму всех компонент. Газы с отрицательной переходной чувствительностью могут уменьшать показания сенсора CO. Следует выполнить проверку наличия газов.

6 Внимание

Опасность для здоровья. Не вдыхайте тестовый газ. Соблюдайте инструкции по технике безопасности и требования Руководства по эксплуатации используемого газоизмерительного прибора фирмы Dräger! Соблюдайте государственные нормативы по интервалам между калибровками.

no - Bruksanvisning

FORSIKTIG

Denne bruksanvisning er en utvidelse til bruksanvisningen for det pågående Dräger gasmåleapparatet. Enhver håndtering av sensoren forudsætter at nøje kendskab og hensyntagen til bruksanvisningen for det anvendte Dräger gassmåleapparat kjenner og følges nøje, samt den allgemeine bruksanvisning 90 23 657.

1 Bruksområde

For bruk med Dräger gassmåleapparater. For overvåking av CO (kolmonoksyd)-konzentrasjonen i omgivelsesluften.

Måleområde

Starttid, t_{90}

Målenøyaktighet

Känslighet

Sensitivitet